

X = à faire

Entretien quotidien du matériel	Entretien entre deux interventions	Responsabilité	Entretien en fin de programme	Responsabilité	Entretien 1X/sem.	Entretien 1X/mois	Entretien 2X/année
Scalytique Bras scalytique	X si souillures	Inf. instrumentiste	X	Inf. instrumentiste			
Table d'opération et accessoires	X	Inf. instrumentiste	X	Inf. instrumentiste			
Tables d'instrumentation	X	Inf. instrumentiste	X	Inf. instrumentiste			
Bistouri électrique Cordon de plaque Chauffe-patient Chauffe-perfusion	X X X X	Inf. anesthésiste	X X X X	Inf. instrumentiste			
Escabeaux Sièges Poubelles Pieds de perfusion	si souillures	Aide de salle	X X X X	Aide de salle			
Interrupteurs Poignées diverses Matériel informatique Téléphone, radio, etc.	si souillures		X X X X				
Appareil d'anesthésie Chariot d'anesthésie	?	Inf. anesthésiste	X	Inf. anesthésiste			
Sols périmètre table d'OP *	si souillures	Aide de salle	----	----			
Sol salle d'opération *	----	----	X	Service de maison			
Sol salle d'induction *	----	----	X	Service de maison			
Sol lave-mains *	----	----	X	Service de maison			
Sol réserve matériel *	----	----	X	Service de maison			
Murs salle d'OP (hauteur d'homme)	si souillures	Aide de salle	----	Service de maison	X		
Murs salle d'OP jusqu'au plafond	si souillures	Aide de salle	----	Service de maison		X	
Plafond salle d'OP	si souillures	Aide de salle	----	Service de maison			X
Surfaces horizontales							
Salle d'opération	si souillures	Aide de salle	Aide de salle		X		
Salle d'induction	si souillures	Aide de salle	Aide de salle		X		
Lave-mains	----		Service de maison		X		

Nettoyage immédiat de toutes les surfaces lors de souillures visibles