

A l'intention du patient / de sa famille et /ou des proches

Traitement après chaque utilisation

1. Démontez le nébulisateur
2. Lavez le nébulisateur pendant 5 minutes avec de l'eau chaude du robinet et un produit de vaisselle conventionnel afin d'éliminer toutes traces de médicaments et autres impuretés.
3. Rincez abondamment sous l'eau chaude et bien secouer pour raccourcir la phase de séchage.
4. Sécher avec du papier de ménage à usage unique (évt. rouleau conservé dans un endroit propre).
5. Laver ou désinfecter les mains.
6. Conserver le nébulisateur dans un tissu ou une serviette propre (qui ne peluche pas) à l'abri de toute poussière.
7. Changement du nébulisateur 1 x par année.

Traitement une fois par semaine

1. Nettoyer le nébulisateur dans le lave-vaisselle (corbeille à couverts) en choisissant un programme à minimum 50°.
2. Sécher avec du papier de ménage à usage unique (évt. rouleau conservé dans un endroit propre).
3. Laver ou désinfecter les mains.
4. Conserver le nébulisateur dans un tissu ou une serviette propre (qui ne peluche pas) à l'abri de toute poussière.
5. Changement du nébulisateur 1 x par année.

Alternative

A défaut de lave-vaisselle :

1. Placer le nébulisateur démonté dans une casserole et couvrir avec de l'eau.
2. Faire bouillir pendant 15 minutes.
3. Veiller à conserver un niveau d'eau suffisant dans la casserole.
4. Sécher avec du papier de ménage à usage unique (évt. rouleau conservé dans un endroit propre).
5. Laver ou désinfecter les mains.
6. Conserver le nébulisateur dans un tissu ou une serviette propre (qui ne peluche pas) à l'abri de toute poussière.
7. Changement du nébulisateur 1 x par année.