Stérilisation - Tri et traitement des Dispostifs médicaux non immergeables et thermosensibles

Toujours se référer **aux instructions** des fabricants avant de débuter le traitement de tout Dispositif Médical

A la réception du dispositif

- emballer le dispositif dans un linge largement imbibé de solution désinfectante pendant le temps défini
- nettoyer
- rincer avec un linge largement imbibé d'eau du réseau
- rincer à l'eau déminéralisée
- sécher soigneusement avec des linges propres non pelucheux
- souffler toutes les parties creuses à l'aide d'air comprimé médical
- acheminer le dispositif en zone de conditionnement.

Liste des DM non immergeables et thermosensibles (à définir par chaque institution)

Nom du DM	**Photo du DM**