

Staphylocoques dorés résistants à la méticilline ou MRSA ou SARM

Mise à jour
15/11/2024

Autres dénominations
MRSA
SARM

Informations relatives à
Cabinets et polycliniques / Dialyse ambulatoire

Epidémiologie

Agent infectieux

Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (MRSA, SARM)

Réservoir

Homme, rarement l'animal

Mode de transmission



Par contact direct entre patients



Par l'intermédiaire du personnel (mains)

- Par contact indirect (matériel de soins ou d'examens, instruments, environnement immédiat du patient)
 - Par contact direct avec un animal colonisé
-

Période d'incubation

Variable

Durée d'infectiosité

- Aussi longtemps qu'une personne est infectée ou colonisée par le MRSA.
- Le MRSA peut survivre plusieurs jours dans l'environnement

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

L'application des Précautions Standard est suffisante

Décolonisation

- Les indications à une décolonisation sont:
 - hémodialyse
 - portage concomitant de VRE
 - avant chirurgie orthopédique prothétique

-  avant chirurgie cardiaque
 -  sur préavis de l'unité cantonale HPCI
 -  modalité et traitement de décolonisation
-

Matériel de soins

Privilégier le matériel à usage unique

Transport

Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

Gants

-  Non indiqués en systématique
 -  A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)
-

Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Masque de soins



Non, sauf:



Projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques



Mesures Additionnelles GOUTTELETTES

Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins



Dispositifs médicaux a usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque



Vaisselle : filière habituelle

Déchets

Autre information

À consulter

Flyers/plaquette d'information destinée au patient porteur de BMR
