Fiche technique

DIAL - Entretien du poste d'hémodialyse

Dernière mise à jour 16/12/2016

Etablissements concernés

Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR (Toutes spécialités, Dialyse), Cabinets et polycliniques (Dialyse ambulatoire)

Le démontage du circuit extra-corporel ainsi que l'entretien et la maintenance des générateurs d'hémodialyse fait l'objet d'une

Cette fiche technique prend en compte l'entretien de l'environnement direct du patient à son départ, à savoir:

Le mobilier

- Lit ou fauteuil
- Table de nuit
- Table de repas
- Entourage de lit (rideaux)

Les dispositifs médicaux

- Tensiomètre, Brassard, Thermomètre, Garrot
- Glucomètre, Moniteur Crit-Line®
- Pompe à perfusion, Pousse-seringue

Le sol

Prise en charge de l'environnement

Matériel

Matériel de protection

- 1 paire de gants à usage unique non stériles
- Blouse de protection
- Solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains

Matériel de traitement

- Désinfectant-détergent de surface respectant les recommandations du fabriquant
- Seau ou cuvette si nécessaire
- Chiffon

Fréquence

- Après chaque séance d'hémodialyse

Technique

Après avoir procédé au démontage du circuit extra-corporel, après avoir désinfecté les surfaces externes du générateur et après avoir initié le processus de désinfection du circuit interne:

- Mettre une blouse de protection
- Mettre des gants à usage unique non stériles
- Evacuer le container à déchets, le sac à déchets et le sac à linge
- En cas de souillures importantes au niveau du mobilier ou des dispositifs médicaux, les essuyer avec un chiffon jetable imbibé de désinfectant-détergent
- Déshabiller le lit ou le fauteuil et procéder à la désinfection de l'ensemble de la structure
- Au moyen d'un chiffon à usage multiple imbibé de désinfectant-détergent, procéder à la désinfection par frottement des éléments suivants :
  - Mobilier: table de nuit, table de repas, autre mobilier
  - Dispositifs médicaux ayant stationné dans l'environnement direct du patient au cours de l'hémodialyse, selon liste sus-mentionnée

- Procéder à la désinfection du sol selon les règles en vigueur dans l’institution

Remarque :

L'entourage de lit (rideaux) sera renouvelé selon les modalités suivantes :

- Poste de dialyse conventionnel: **changement aux 6 mois**
- Poste de dialyse individuel (patients HBsAg positifs, patients infectés par MRSA): **changement mensuel**