

Fiche technique

Retraitement des dispositifs médicaux selon les risques infectieux

Dernière mise à jour

04/04/2017

Etablissements concernés

Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR (Toutes spécialités),
EMS, EPSM, ESE, CAT, CMS et soignants
indépendants, Cabinets et polycliniques (Médical)

-  Toujours privilégier l'utilisation de matériel à usage unique
-  Traiter le matériel en fonction de son utilisation si matériel à usage multiple
-  Toujours manipuler le matériel souillé avec des gants
-  Ne jamais retraiter du matériel à usage unique
-  Toujours traiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation

Catégories de dispositifs	Définitions, exemples	Niveau de risque infectieux
Non critique	Dispositif n'entrant en contact qu'avec la peau intacte du patient Ex : manchette à pression, stéthoscope, coupe-ongles, table de nuit, lit, vase, urinal, ...	Risque bas
Semi-critique	Dispositif entrant en contact avec des muqueuses non stériles sans effraction, ou la peau lésée superficiellement Ex : matériel pour soins de la sphère ORL (bouche, nez, yeux), spéculum vaginal, thermomètre rectal / buccal, ...	Risque moyen
Critique	Dispositif entrant en contact avec un site corporel stérile Ex : instruments chirurgicaux ou pour soins de plaies, cathéters, sondes urinaires, d'aspiration, laryngoscopes, ...	Risque élevé