

CONCEPTION ET ORGANISATION D'UNE SALLE DE SOINS

Salle de soins		Recommandations - Remarques
Local	Superficie	<ul style="list-style-type: none"> La superficie du local doit permettre une prise en charge optimale du patient
	Organisation	<ul style="list-style-type: none"> La disposition du mobilier et de l'équipement doit favoriser la prise en charge De préférence, la salle de soins doit être dédiée à des actes de soins. Lorsqu'un transfert de ces dernières dans un autre local n'est pas réalisable, le géographiquement les activités. Veiller à ce que les activités ne soient pas dans le même local par ex.)
	Revêtements	<ul style="list-style-type: none"> Les revêtements horizontaux et verticaux doivent être lisses et d'entretien facile Les matériaux utilisés doivent supporter les produits détergents/désinfectants
Equipements	Généralités	<ul style="list-style-type: none"> Les équipements seront installés de manière à promouvoir la séparation des activités (affectations multiples) et le respect des règles d'hygiène
	Hygiène des mains	<p>Les équipements nécessaires pour une hygiène des mains efficace sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> distributeur de solution hydro alcoolique (flacons à usage unique dans toute la salle de soins en disposition au plus proche du soin) lavabo, distributeur de savon liquide neutre, essuie-mains en papier, poubelle crème protectrice pour les mains du personnel
	Plan de travail	<ul style="list-style-type: none"> Un plan de travail / paillasse est nécessaire pour la préparation des soins.
	Gestion du linge	<ul style="list-style-type: none"> L'utilisation de linge en papier (rouleau) est à privilégier. Il sera changé et les surfaces seront nettoyées/désinfectées 1x/jour ou plus en cas de souillures, avec un produit approprié Le linge propre doit être stocké dans un lieu fermé, sec, à l'abri du flux des personnes. Le stockage de linge propre est suffisant. Ne pas mélanger le stockage de linge propre avec le stockage de linge sale Le linge sale sera stocké dans un sac prévu à cet effet, au niveau du local « sale »
	Gestion des déchets	<ul style="list-style-type: none"> Les poubelles à couvercle sans pédale, sont interdites. La grandeur de la poubelle doit être adaptée à la quantité de déchets produits par jour A l'exception des spéciaux (déchets piquants/tranchants, médicaments, anatomiques), les déchets doivent être éliminés dans la filière des déchets urbains. Les compresses et panses doivent être éliminés dans un petit sachet (gris) avant d'être éliminés dans les poubelles Les poubelles des salles de soins doivent être vidées 1x/jour. Elles seront éliminées dans le local « sale »

Salle de soins		Recommandations - Remarques
Matériel et dispositifs médicaux	Généralités	<ul style="list-style-type: none"> ○ Un local central de stockage du matériel est à privilégier avec une alimentation électrique dédiée. En l'absence de local de stockage, ce dernier peut avoir lieu dans les locaux dédiés au stockage de matériel et d'entretiens aisés, réservés à cet usage. ○ Il est demandé de stocker le matériel et les dispositifs médicaux propres/séparés par rapport au sol, et à l'abri de la poussière, de l'humidité, de la chaleur, de la lumière et des emballages (déchirures, agrafes, etc.) ○ Le stockage du matériel stérile sera distinct du matériel non stérile
	Stockage et entretien	<ul style="list-style-type: none"> ○ Le principe de FIFO (first in first out) doit être respecté. Il est recommandé de faire une chute ○ L'entretien des armoires, le rangement du matériel et le contrôle des dates doivent être planifiés et à tracer ○ Les cartons sont déconseillés pour stocker le matériel car ils génèrent de la poussière et doivent être nettoyés/désinfectés
	Chariots de soins	<ul style="list-style-type: none"> ○ Le plateau supérieur du chariot de soins ne doit pas servir de lieu de stockage et sera nettoyée de la surface de travail et évitera la contamination du matériel ○ Il est recommandé de mettre le safe box et la poubelle à pansements dans le chariot
	Dispositifs médicaux	<ul style="list-style-type: none"> ○ Le stockage des dispositifs médicaux/équipements (ex. ECG) doit être fait dans un local dédié. Il est possible de les ranger dans des armoires, il est conseillé de les couvrir d'un film plastique à usage unique, pour éviter qu'ils soient contaminés lors des soins et protégés de la lumière
	Retraitement	<ul style="list-style-type: none"> ○ L'utilisation de dispositifs médicaux (DM) à usage unique est à privilégier ○ En cas d'utilisation de DM stérile à usage multiple, un circuit de pré désinfection sera stocké dans un local «sale» ou une zone «sale» clairement délimitée et séparée du changement de la solution de trempage
Médicaments	Généralités	<ul style="list-style-type: none"> ○ La salle de soins peut être associée à la pharmacie de l'unité pour autant qu'elle soit distincte, armoires fermées à clé et emplacement dédié à la préparation de médicaments ○ Les frigos à médicaments sont réservés à cet usage
	Entretien	<ul style="list-style-type: none"> ○ Les armoires à pharmacie ainsi que le frigo à médicaments sont à nettoyer et à contrôler 1x/jour
Entretien	Généralités	<ul style="list-style-type: none"> ○ Il est impératif de nettoyer immédiatement toute souillure contenant du sang
	Fréquence et produits	<ul style="list-style-type: none"> ○ Le sol des salles de soins/pharmacies sont à risque infectieux bas. Ils seront nettoyés/désinfectés avec un produit à base d'eau de javel ○ Les surfaces de travail doivent être nettoyées/désinfectées au minimum 1 fois par jour avec un détergent/désinfectant ○ Les chiffons de nettoyage seront en microfibre, changés 1x/jour. Les linges seront changés entre 2 patients

Références

- CHUV – Directive institutionnelle – Gestion des médicaments dans les unités de soins – Flux et stockage. 2012
- HPCI – Brochure – Prévention de l'infection en pratique libérale – 2012
- Règlement 810.03.1 sur les établissements sanitaires et les établissements apparentés de droit privé dans le Canton de Vaud, 16 juin 2004

PIÈCE(S) JOINTE(S):

Dernière mise à jour le 06/10/2017