

DIAL - PRISE EN CHARGE D'UN PATIENT HIV OU HCV

Chez les patients HCV (hépatite C) et/ou HIV positifs, la concentration de virus circulant étant nettement inférieure à celle rencontrée chez les patients HBsAg positifs, le risque de contamination de l'environnement et de transmission de patient à patient est considéré comme moindre et ne nécessite pas la mise en place des mêmes mesures de prévention que celles préconisées pour les patients HBsAg positifs, ceci à condition d'appliquer strictement les Précautions Standard et les Bonnes pratiques d'injection.

Personnel d'hémodialyse

- Le personnel prenant en charge des patients HCV et/ou HIV positifs peut prendre en charge simultanément des patients HCV et/ou HIV négatifs.

Poste de dialyse

- Les patients HCV et/ou HIV positifs peuvent être traités en salle de dialyse commune.
- Lors d'épidémie (> 1 cas HCV - HIV positif) les patients seront pris en charge en zone dédiée et auront à disposition des générateurs dédiés

Générateur d'hémodialyse

- Les patients HCV et/ou HIV positifs ne doivent pas, à l'exception de périodes d'épidémies, bénéficier d'un pool de machines qui leur est réservé.
- Les patients HCV et/ou HIV positifs doivent être dialysés préférentiellement au moyen de générateurs de la nouvelle génération qui bénéficient d'un système de désinfection thermo-chimique.
- Les générateurs utilisés pour les patients HCV et/ou HIV positifs sont entretenus selon les recommandations des fabricants. Le circuit interne et les surfaces externes doivent en tous les cas être désinfectés après chaque séance d'hémodialyse.

Circuit extra-corporel

- Les filtres d'hémodialyse utilisés chez les patients HCV et/ou HIV positifs doivent être strictement à usage unique et éliminés après chaque séance d'hémodialyse selon les règles en vigueur.

Dispositifs médicaux à usage multiple

- Les dispositifs médicaux à usage multiple utilisés lors des séances d'hémodialyse doivent être réservés aux patients HCV et/ou HIV positifs et ne doivent en aucun cas circuler entre les patients HCV et/ou HIV positifs et les patients HCV et/ou HIV négatifs.
- Avant de retourner dans le circuit habituel, les dispositifs médicaux à usage multiple utilisés pour les patients HCV et/ou HIV positifs doivent être méticuleusement désinfectés et nettoyés.

PIÈCE(S) JOINTE(S):

 [HPCI W_FT_00078.pdf \(https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/HPCI_W_FT_00078.pdf\)](https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/HPCI_W_FT_00078.pdf)



Microorganismes et pathologies:

Hépatite C

Dernière mise à jour le 07/11/2016