

## DIAL - ENTRETIEN DU POSTE D'HÉMODIALYSE

Le démontage du circuit extra-corporel ainsi que l'entretien et la maintenance des générateurs d'hémodialyse fait l'objet d'une Fiche technique spécifique. (<https://www.hpci.ch/prevention/fiches-techniques/contenu/h%C3%A9modialyse-chronique-pr%C3%A9paration-entretien-et-maintenance-du>)

Cette fiche technique prend en compte l'entretien de l'environnement direct du patient à son départ, à savoir:

### Le mobilier

- Lit ou fauteuil
- Table de nuit
- Table de repas
- Entourage de lit (rideaux)

### Les dispositifs médicaux

- Tensiomètre, Brassard, Thermomètre, Garrot
- Glucomètre, Moniteur Crit-Line®
- Pompe à perfusion, Pousse-seringue

### Le sol

## PRISE EN CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT

### Matériel

#### Matériel de protection

- 1 paire de gants à usage unique non stériles
- Blouse de protection
- Solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains

#### Matériel de traitement

- Désinfectant-détergent de surface respectant les recommandations du fabricant
- Seau ou cuvette si nécessaire
- Chiffon

### Fréquence

- Après chaque séance d'hémodialyse

### Technique

Après avoir procédé au démontage du circuit extra-corporel, après avoir désinfecté les surfaces externes du générateur et après avoir initié le processus de désinfection du circuit interne:

- Mettre une blouse de protection
- Mettre des gants à usage unique non stériles
- Evacuer le container à déchets, le sac à déchets et le sac à linge
- En cas de souillures importantes au niveau du mobilier ou des dispositifs médicaux, les essuyer avec un chiffon jetable imbibé de désinfectant-détergent
- Déshabiller le lit ou le fauteuil et procéder à la désinfection de l'ensemble de la structure
- Au moyen d'un chiffon à usage multiple imbibé de désinfectant-détergent, procéder à la désinfection par frottement des éléments suivants :
  - Mobilier: table de nuit, table de repas, autre mobilier
  - Dispositifs médicaux ayant stationné dans l'environnement direct du patient au cours de l'hémodialyse, selon liste sus-mentionnée
- Procéder à la désinfection du sol selon les règles en vigueur dans l'institution

Remarque :

L'entourage de lit (rideaux) sera renouvelé selon les modalités suivantes :

- Poste de dialyse conventionnel: **changement aux 6 mois**
- Poste de dialyse individuel (patients HBsAg positifs, patients infectés par MRSA): **changement mensuel**

**PIÈCE(S) JOINTE(S):**

 [HPCI\\_W\\_FT\\_00081.pdf \(https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/HPCI\\_W\\_FT\\_00081.pdf\)](https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/HPCI_W_FT_00081.pdf)

Dernière mise à jour le 16/12/2016