



DIAL - ENTRETIEN DU POSTE D'HÉMODIALYSE

Le démontage du circuit extra-corporel ainsi que l'entretien et la maintenance des générateurs d'hémodialyse fait l'objet d'une <u>Fiche technique spécifique</u>. (https://www.hpci.ch/prevention/fiches-techniques/contenu/h%C3%A9modialyse-chronique-pr%C3%A9paration-entretien-et-maintenance-du)

Cette fiche technique prend en compte l'entretien de l'environnement direct du patient à son départ, à savoir:

Le mobilier

- Lit ou fauteuil
- Table de nuit
- Table de repas
- Entourage de lit (rideaux)

Les dispositifs médicaux

- Tensiomètre, Brassard, Thermomètre, Garrot
- Glucomètre, Moniteur Crit-Line®
- Pompe à perfusion, Pousse-seringue

Le sol

PRISE EN CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT

Matériel

Matériel de protection

- 1 paire de gants à usage unique non stériles
- Blouse de protection
- Solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains

Matériel de traitement

- Désinfectant-détergent de surface respectant les recommandations du fabriquant
- Seau ou cuvette si nécessaire
- Chiffon

Fréquence

• Après chaque séance d'hémodialyse

Technique

Après avoir procédé au démontage du circuit extra-corporel, après avoir désinfecté les surfaces externes du générateur et après avoir initié le processus de désinfection du circuit interne:

- Mettre une blouse de protection
- Mettre des gants à usage unique non stériles
- Evacuer le container à déchets, le sac à déchets et le sac à linge
- En cas de souillures importantes au niveau du mobilier ou des dispositifs médicaux, les essuyer avec un





chiffon jetable imbibé de désinfectant-détergent

- Déshabiller le lit ou le fauteuil et procéder à la désinfection de l'ensemble de la structure
- Au moyen d'un chiffon à usage multiple imbibé de désinfectant-détergent, procéder à la désinfection par frottement des éléments suivants :
 - o Mobilier: table de nuit, table de repas, autre mobilier
 - Dispositifs médicaux ayant stationné dans l'environnement direct du patient au cours de l'hémodialyse, selon liste sus-mentionnée
- Procéder à la désinfection du sol selon les règles en vigueur dans l'institution

Remarque:

L'entourage de lit (rideaux) sera renouvelé selon les modalités suivantes :

- Poste de dialyse conventionnel: changement aux 6 mois
- Poste de dialyse individuel (patients HBsAg positifs, patients infectés par MRSA): changement mensuel

PIÈCE(S) JOINTE(S):

HPCI W FT 00081.pdf (https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/HPCI W FT 00081.pdf)

Dernière mise à jour le 16/12/2016