



RETRAITEMENT DES DISPOSITIFS MÉDICAUX SELON LES RISQUES INFECTIEUX

- Toujours privilégier l'utilisation de matériel à usage unique
- Traiter le matériel en fonction de son utilisation si matériel à usage multiple
- Toujours manipuler le matériel souillé avec des gants
- Ne jamais retraiter du matériel à usage unique
- Toujours traiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation

| Catégories de dispositifs | Définitions, exemples | Niveau de risque infectieux | Objectif | Mé |
|------------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| Non critique | Dispositif n'entrant en contact qu'avec la peau intacte du patient Ex : manchette à pression, stéthoscope, coupe-ongles, table de nuit, lit, vase, urinal, | Risque bas | Nettoyage et désinfection de bas niveau | Utili élim mic (au |
| Semi-critique | Dispositif entrant en contact avec des muqueuses non stériles sans effraction, ou la peau lésée superficiellement Ex : matériel pour soins de la sphère ORL (bouche, nez, yeux), spéculum vaginal, thermomètre rectal / buccal, | Risque moyen | Nettoyage et désinfection de niveau intermédiaire | Utili élim mic viru myc que |
| Critique | Dispositif entrant en contact avec un site corporel stérile Ex: instruments chirurgicaux ou pour soins de plaies, cathéters, sondes urinaires, d'aspiration, laryngoscopes, | Risque élevé | Nettoyage et stérilisation ou Désinfection de haut niveau | Déti mici spo d'ea à 13 |

<u>Choix du type de désinfectants (https://www.hpci.ch/prevention/fiches-techniques/contenu/soins-ambulatoires-et-%C3%A0-domicile-d%C3%A9sinfectants-de-surface)</u>

PIÈCE(S) JOINTE(S):

retraitement dispositifs médicaux EMS_HPCI FT00126.pdf (https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/retraitement%20dispositifs%20m%C3%A9dicaux%20EMS_HI

Desinfectants de surface HPCI W FT 00166.pdf (https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/Desinfectants%20de%20surface HPCI W FT 00166 0.pdf)





Dernière mise à jour le 04/04/2017