Fiche technique

BOP: Maladie de Creutzfeldt Jakob -Traitement du matériel lors de cas connu ou suspect

Traitement du matériel

A : Traitement du matériel chez patient connu pour la MCJ
(diagnostic clinique confirmé pour la MCJ par le neurologue)

B : Traitement du matériel chez patient avec suspicion de MCJ
(asymptomatique avec risque potentiel de MCJ)

Avant l'intervention

- Utilisation de matériel à usage unique exclusivement si le patient fait partie du groupe **A**
- Un minimum d'instruments réutilisables et seulement si le patient fait partie du groupe **B**
- Conteneur à déchets cytostatiques
- Incinération des déchets cliniques
- Produit désinfectant détergent pour la pré-désinfection des instruments

Après l'intervention groupe A ➔ Elimination dans container à déchets cytostatiques (incinération)

Après l'intervention groupe B ➔ Mise en quarantaine en suivant les points ci-dessous

1. Pré-désinfecter le matériel avec un produit exempt d'aldéhydes dans un bac de trempage à usage unique pendant 1 heure.
2. Evacuer la solution de pré-désinfection dans le vidoir en évitant toutes éclaboussures et avec la protection adéquate ; surblouse, gants, masque et lunettes ou masque à visière.
3. Remplir le bac avec de l'eau du robinet en évitant toute projection et immerger les instruments complètement puis procéder au rinçage.
4. Evacuer l'eau de rinçage dans le vidoir en évitant toute projection et avec la protection adéquate ; surblouse, gants, masque et lunettes ou masque à visière.
5. Lister les instruments
6. Placer les instruments dans un panier à usage unique et laisser sécher à l'air.
7. Après séchage complet, placer les instruments dans un récipient en plastique rigide muni d'un couvercle avec fermeture hermétique sécurisée et scellée à l'aide d'un ruban adhésif isolant en contrôlant au préalable à l'aide de la liste que tous les instruments s'y trouvent.
8. Placer le récipient dans le conteneur à déchets cytostatiques et stocker ce dernier accompagné de la liste des instruments comme suit :

Coller une étiquette sur le conteneur avec les mentions suivantes :

a) Nom, prénom, date de naissance du patient
b) Date d'intervention
c) Type d'intervention
d) Liste des instruments dans le conteneur
e) Nom de la personne responsable (ex. inf. instrumentiste)

Placer le conteneur dans un lieu réservé au stockage du matériel en quarantaine, de façon à ce qu'il soit toujours disponible et en veillant à ce qu'une utilisation des instruments par erreur soit impossible.

Au cas où le résultat positif pour MCJ est confirmé:

➔ procéder à l'évacuation du conteneur sans l'ouvrir en suivant la filière des déchets cytostatiques

En cas de résultat négatif confirmé pour MCJ :

➔ traitement habituel après comparaison du matériel listé sur la fiche avec le matériel contenu dans le récipient
➔ La décision de réutiliser les instruments doit être enregistrée par écrit
➔ Informer la(e) responsable de la stérilisation centrale avant que les instruments sont acheminés.