

MESURES ADDITIONNELLES CONTACT**PATIENT PORTEUR (COLONISÉ OU INFECTÉ) DE BACTÉRIES MULTIRÉSISTANTES (BMR)**

Les « **Recommandations et procédures de prise en charge des patients porteurs de BMR (MRSA, ESBL non *E coli*, CRE/EPC, VRE ou autres BMR) dans un établissement de soins aigus** ont fait l'objet de documents spécifiques élaborés par l'Unité HPCI et sont à disposition de tous les hôpitaux de soins aigus du canton de Vaud (Site internet www.hpci.ch).

Les recommandations émises dans cette fiche technique visent à synthétiser les mesures à prendre vis-à-vis du patient hémodialysé colonisé ou infecté par une BMR sauf MRSA (document spécifique) et ESBL *E coli* (application des Précautions Standard), sachant que ce dernier peut être hospitalisé et bénéficier d'un traitement anti-infectieux.

Le diagnostic d'infection est sous la responsabilité du médecin en charge du patient. A l'examen clinique, les signes d'infection mis en évidence, sont :

- Site d'accès vasculaire : → Douleur, rougeur, chaleur, œdème
 → Ecoulement
 → Température
- Plaies : → Douleur, rougeur, chaleur, œdème
 → Ecoulement purulent
 → Température
- Site urinaire: → Douleurs mictionnelles
 → Gêne dans la région du pubis
 → Pollakiurie
- Site digestif : → Diarrhées diffuses

Prise en charge du patient :**1. Planification de la séance d'hémodialyse**

- Prévoir le patient en fin de journée (séance de l'après-midi)

2. Accueil et placement du patient

- Désinfection des mains du patient au moyen d'une solution hydro-alcoolique à l'entrée dans l'unité de dialyse
- Placement du patient en zone géographiquement à l'écart des autres patients.

3. Répartition du personnel

Le personnel prenant en charge un patient colonisé / infecté par une BMR ne prendra pas en charge simultanément d'autres patients, lors du branchement et du débranchement (faire venir le patient en dernier)

Le personnel veillera à appliquer strictement

- les Précautions Standard et Bonnes pratiques d'injection
- les Mesures Additionnelles contact

(FT Hémodialyse chronique - Précautions Standard et Bonnes pratiques d'injection, FT Mesures Additionnelles contact)

4. Tenue vestimentaire du personnel

Port d'une sur blouse pour tout contact avec le patient et son environnement direct (FT Mesures Additionnelles contact)

5. Choix du générateur d'hémodialyse

Les patients infectés par BMR peuvent être dialysés sur tous les générateurs, excepté ceux réservés aux patients HBsAg positifs.

6. Retraitement des dispositifs médicaux à usage multiple

- Se référer à la fiche technique « Précautions Standard + Bonnes pratiques d'injection »

Mesures à prendre avant le transfert du patient en hémodialyse :

1. Préparation pré-dialyse du patient

A effectuer avant chaque séance d'hémodialyse indépendamment du fait que le patient soit hospitalisé ou à domicile et ce aussi longtemps que le patient est infecté/colonisé par une BMR

- Douche ou toilette corporelle avec savon simple

2. Transport du patient hospitalisé

- Habiller le patient de vêtements propres et lui demander de procéder à une désinfection hygiénique des mains par friction au moyen d'une solution hydro alcoolique.
- Si le patient est transporté en lit, revêtir le lit de draps propres.
- Au terme du transport, l'accompagnant procède à une désinfection des mains au moyen d'une solution hydro alcoolique après avoir éliminé la sur blouse

3. Suivi du patient colonisé/ infecté

Selon les documents « **Recommandations et procédures de prise en charge des patients porteurs de ESBL non *E coli*, CRE /EPC, VRE ou autres BMR dans un établissement de soins aigus** » (Site internet www.hpci.ch)