

L'entretien s'effectue dès que le patient a quitté la salle d'examen et que les DM souillés, les déchets et le linge ont été évacués				
Gastroentérologie	Entre 2 examens	Nettoyage / désinfection effectué par	En fin de programme	Nettoyage / désinfection effectué par
Surfaces et matériel dans salle examen				
Chariot instrumentation	OUI	Equipe soignante (Infirmier-e diplômé-e + aide de salle)	OUI	Equipe soignante (Infirmier-e diplômé-e + aide de salle)
Tour endoscopique	OUI		OUI	
- Surfaces horizontales et verticales	OUI		OUI	
- Support à endoscope	OUI		OUI	
- Aspiration	OUI (poignée)		OUI (poignée et) bocal)	
- Surface processeur	OUI		OUI	
- Poignée, levier métallique, raccord bouteille air/eau	OUI		OUI	
- Acquajet : surfaces et tubulures	OUI		OUI	
Ecran (mobile sur roulette)	OUI		OUI	
Erbe	OUI		OUI	
- Module + câbles	Si utilisé		OUI	
Table examen	OUI		OUI	
- Surfaces horizontales, pied	OUI		OUI	
- Matelas/coussins	OUI		OUI	
- Barrières/rail	OUI		OUI	
Moniteur de surveillance	OUI		OUI	
- Saturomètre	OUI		OUI	
- Câble ECG	OUI		OUI	
- Tensiomètre	OUI		OUI	
Scopie	Si utilisé		Si utilisé	
- Arc	Si utilisé		Si utilisé	
- Module écran	Si utilisé		OUI	
Pédales	OUI		OUI	
- Aquajet	OUI	OUI		
- Photos	OUI	OUI		
- Scopie	Si utilisé	OUI		
Statif à perfusion	OUI	OUI		
Aspiration murale	OUI	OUI		
- Manomètre	Si utilisé	OUI		
- Support métallique rigide	Si utilisé	OUI		
- Bocal (passage en laveur-désinfecteur: 1X/mois le 1er lundi)	Si souillé	OUI extérieur		

L'entretien s'effectue dès que le patient a quitté la salle d'examen et que les DM souillés, les déchets et le linge ont été évacués					
Gastroentérologie	Entre 2 examens	Nettoyage / désinfection effectué par	En fin de programme	Nettoyage / désinfection effectué par	
Surfaces et matériel dans salle examen					
Tablier de plomb	NON		OUI		
- Table ERCP	OUI		OUI		
- Tablier de plomb collaborateur + collerette	OUI		OUI		
Set O2					
- Manomètre	OUI		OUI		
- Rallonge O ₂	OUI		OUI		
CO2					
- Câble et connexion métallique	OUI		OUI		
- Appareil	NON		OUI		
Roller	Si utilisé		Si utilisé		
Module US ALOKA	Si utilisé		Si utilisé		
Tabourets/chaises (Opérateur/instrumentiste)	Si utilisé		OUI		SPH (Service Propreté et Hygiène)
Scialytique	Si souillé		OUI		
Escabeau	Si souillé	OUI			
Sol	Si souillé	OUI			
Matériel extérieur					
Tour Spyglass	Si utilisé	Equipe soignante (Infirmier-e diplômé-e + aide de salle)	Si utilisé	Equipe soignante (Infirmier-e diplômé-e + aide de salle)	
Laser Holmium	Si utilisé		Si utilisé		
Chariot proctologie	Si utilisé		Si utilisé		
Module ERBE/ARGON	Si utilisé		Si utilisé		
Barryx	Si utilisé		Si utilisé		
Lit strycker	Si utilisé		Si utilisé		
Espace bureau dans salle d'examen					
Surfaces horizontales, poignée tiroir	Si souillé	Equipe soignante (Infirmier-e diplômé-e + aide de salle)	OUI	SPH (Service Propreté et Hygiène)	
Téléphone fixe + mobile médecin	OUI		OUI		
Boîtier photos : commutateur	Si souillé		OUI		
PC: écran (fin programme), souris, clavier	OUI		OUI		

L'entretien s'effectue dès que le patient a quitté la salle d'examen et que les DM souillés, les déchets et le linge ont été évacués				
ORL	Entre 2 examens	Nettoyage / désinfection effectué par	En fin de programme	Nettoyage / désinfection effectué par
Surfaces et matériel dans salle examen				
Table et chariot d'instrumentation	OUI	Equipe soignante (Infirmier-e diplômé-e + aide de salle)	OUI	Equipe soignante (Infirmier-e diplômé-e + aide de salle)
Tour endoscopique	OUI		OUI	
Surfaces horizontales et verticales	OUI		OUI	
- Support à endoscope	OUI		OUI	
- Aspiration (poignée et bocal)	OUI poignée		OUI	
- Surface processeur US	OUI		OUI	
- Poignée, levier métallique, raccord bouteille air/eau	OUI		OUI	
- Acquajet : surfaces et tubulures	OUI		OUI	
Erbe	OUI		OUI	
- Module	Si utilisé		OUI	
- Câbles	Si utilisé		OUI	
Table examen	OUI		OUI	
- Surfaces horizontales, pied	OUI		OUI	
- Matelas/coussins	OUI		OUI	
- Rail	OUI		OUI	
Roller	Si utilisé		Si utilisé	
Scopie	Si utilisé		Si utilisé	
- Arc	Si utilisé		Si utilisé	
- Pédales	Si utilisé		Si utilisé	
- Module écran	Si utilisé		Si utilisé	
Répétiteur	OUI	OUI		
Aspiration murale	OUI	OUI		
- Manomètre	OUI	OUI		
- Support métallique rigide	OUI	OUI		
- Bocal (passage en laveur-désinfecteur 1X/mois, 1er lundi)	NON	Oui extérieur		

L'entretien s'effectue dès que le patient a quitté la salle d'examen et que les DM souillés, les déchets et le linge ont été évacués				
O R L				
Surfaces et matériel dans salle examen	Entre 2 examens	Nettoyage / désinfection effectué par	En fin de programme	Nettoyage / désinfection effectué par
Tablier de plomb	Si utilisé		Si utilisé	
- Tablier collaborateur + collerette	Si utilisé		Si utilisé	
Set O2	OUI		OUI	
- Manomètre	Si utilisé		OUI	
- Rallonge O ₂	Si utilisé	Equipe soignante (Infirmier-e diplômé-e + aide de salle)	OUI	Equipe soignante (Infirmier-e diplômé-e + aide de salle)
Statif à perfusion	OUI		OUI	
Casque de lumière	Si utilisé		OUI	
Scialytique	Si souillé		OUI	
Chaises/tabourets	Si utilisé		OUI	
Sol	Si souillé		OUI	SPH (Service Propreté et Hygiène)
Matériel/DM extérieur salle examen				
- Shaver	Si utilisé	Aide de salle	Si utilisé	Aide de salle
- Microscope + chaise opérateur	Si utilisé		Si utilisé	
- Laser CO2	Si utilisé		Si utilisé	
- Laser KTP	Si utilisé		Si utilisé	
- Laser diode	Si utilisé		Si utilisé	
- Arc laser (Omniguide)	Si utilisé		Si utilisé	
Espace bureau dans salle d'examen				
Surfaces horizontales, poignée tiroir	Si souillé	Equipe soignante (Infirmier-e diplômé-e + aide de salle)	OUI	SPH (Service Propreté et Hygiène)
Téléphone fixe + mobile médecin	OUI		OUI	
Boîtier photos : commutateur	Si souillé		OUI	
PC : écran (fin de programme), souris, clavier	OUI		OUI	

L'entretien s'effectue dès que le patient a quitté la salle d'examen et que les DM souillés, les déchets et le linge ont été évacués				
Pneumologie				
Surfaces et matériel dans salle examen	Entre 2 examens	Nettoyage / désinfection effectué par	En fin de programme	Nettoyage / désinfection effectué par
Table et chariot d'instrumentation	OUI	Equipe soignante (Infirmier-e diplômé-e + aide de salle)	OUI	Equipe soignante (Infirmier-e diplômé-e + aide de salle)
Tour endoscopique	OUI		OUI	
- Surfaces horizontales, verticales, surfaces, tiroirs, poignées	OUI		OUI	
- Ecran	OUI		OUI	
- Support endoscopique	OUI		OUI	
- Processeur	OUI		OUI	
- Lumière froide	OUI		OUI	
- Processeur	OUI		OUI	
- Raccord vidéo	OUI		OUI	
- Support LBA	OUI		OUI	
- Raccord bouteille air/eau	OUI		OUI	
- Matériel US	OUI		OUI	
- Imprimante	OUI		OUI	
- Module photos	OUI		OUI	
Répétiteur	OUI		OUI	
Table d'examen	OUI		OUI	
- Surfaces horizontales, pied	OUI		OUI	
- Matelas/coussins	OUI		OUI	
Moniteur de surveillance	OUI		OUI	
- Saturomètre, manchette à TA	OUI		OUI	
- Rail	OUI	OUI		
Scopie	Si utilisé	Si utilisé		
- Arc	Si utilisé	Si utilisé		
- Module écran	Si utilisé	Si utilisé		
- Pédales	Si utilisé	Si utilisé		
Roller	Si utilisé	OUI		

L'entretien s'effectue dès que le patient a quitté la salle d'examen et que les DM souillés, les déchets et le linge ont été évacués					
Pneumologie	Entre 2 examens	Nettoyage / désinfection effectué par	En fin de programme	Nettoyage / désinfection effectué par	
Surfaces et matériel dans salle examen					
Set O2	OUI		OUI		
- Manomètre	OUI		OUI		
- Rallonge O ₂	OUI		OUI		
Tabliers de plomb	Si utilisé		Si utilisé		
- Table	Si utilisé		Si utilisé		
- Tablier +collerette	Si utilisé		Si utilisé		
Aspiration: murale	Oui		OUI		
- Manomètre	Oui		OUI		
- Support métallique rigide	Oui		OUI		
- Bocal (passager laveur-désinfecteur 1x/mois, 1er lundi)	NON		Oui extérieur		
Support mural optique	Si souillé		OUI		
SATIF A PERFUSION	OUI		OUI		
TABOURETS/CHAISES	Si souillé		Si utilisé		SPH (Service Propreté et Hygiène)
Matériel/DM extérieur					
Tour OLYMPUS	Si utilisé	Equipe soignante (Infirmier-e diplômé-e + aide de salle)	Si utilisé	Equipe soignante (Infirmier-e diplômé-e + aide de salle)	
Module US ALOKA	Si utilisé		Si utilisé		
Matériel Argon	Si utilisé		Si utilisé		
GPS	Si utilisé		Si utilisé		
Espace bureau dans salle d'examen					
Surfaces horizontales, poignée tiroir	Si souillé	Equipe soignante (Infirmier-e diplômé-e + aide de salle)	OUI	SPH (Service Propreté et Hygiène)	
Téléphone fixe + mobile médecin	OUI		OUI		
Boîtier photos : commutateur	Si souillé		OUI		
PC : écran, souris, clavier	OUI		OUI		

L'entretien s'effectue dès que le patient a quitté la salle d'examen et que les DM souillés, les déchets et le linge ont été évacués				
Urologie	Entre 2 examens	Nettoyage / désinfection effectué par	En fin de programme	Nettoyage / désinfection effectué par
Surfaces et matériel dans salle examen				
Table d'instrumentation	OUI	Equipe soignante (Infirmier-e diplômé-e + aide de salle)	OUI	Equipe soignante (Infirmier-e diplômé-e + aide de salle)
Tour endoscopique	OUI		OUI	
- Ecran	Si souillé		OUI	
- Surfaces, verticales + tiroirs	OUI		OUI	
- Lumière froide	OUI		OUI	
- Module caméra	OUI		OUI	
Table d'examen	OUI		OUI	
- Surfaces horizontales	OUI		OUI	
- Matelas/coussins	OUI		OUI	
- Support gynécologique + plateau vidoir	Si utilisé		OUI	
- Rail	OUI		OUI	
Scopie	OUI		OUI	
- Arc	OUI		OUI	
- Ecran à bras articulé	Si utilisé		OUI	
Roller	Si utilisé		OUI	
Tabouret/chaises (Opérateur/instrumentiste)	Si utilisé		OUI	
Statif à perfusion	OUI		OUI	
ERBE	OUI		OUI	
- Module	Si utilisé		OUI	
- Câbles	Si utilisé		OUI	
Lithotripteur	Si utilisé	OUI		
- Module	OUI	OUI		
- Pédales	OUI	OUI		
Scialytique	Si souillé	OUI		
Escabeau	Si souillé	OUI		
Vestiaires	Si utilisé	OUI		

L'entretien s'effectue dès que le patient a quitté la salle d'examen et que les DM souillés, les déchets et le linge ont été évacués				
Urologie	Entre 2 examens	Nettoyage / désinfection effectué par	En fin de programme	Nettoyage / désinfection effectué par
Surfaces et matériel dans salle examen				
Matériel extérieur				
Tour HEVIX	Si utilisé	Equipe soignante (Infirmier-e diplômé-e + aide de salle)	Si utilisé	Equipe soignante (Infirmier-e diplômé-e + aide de salle)
Lasers:	Si utilisé		Si utilisé	
- Holmium	Si utilisé		Si utilisé	
- Greenlight	Si utilisé		Si utilisé	
- CO2	Si utilisé		Si utilisé	
Appareil échographie	Si utilisé		Si utilisé	
Bocaux d'aspiration	Si utilisé	Si utilisé	Si utilisé	
Espace bureau dans salle d'examen				
Surfaces horizontales, poignée tiroir	Si souillé	Equipe soignante (Infirmier-e diplômé-e + aide de salle)	OUI	SPH (Service Propreté et Hygiène)
Téléphone fixe + mobile médecin	NON		OUI	
Boîtier photos : commutateur	Si souillé		OUI	
PC: écran (fin programme), souris, clavier	OUI		OUI	
Sols				
Après examen sans AG	Si souillé	Equipe soignante (Infirmier-e diplômé-e + aide de salle)	OUI	SPH (Service Propreté et Hygiène)
Après examen avec AG	OUI		OUI	
Murs				
Murs salle examen (hauteur d'hommes)	Si souillé	SPH (Service Propreté et Hygiène)	1x/sem	SPH (Service Propreté et Hygiène)
Murs salle examen jusqu'au plafond	Si souillé		1x/3mois	