Chariot de pneumologie
BH07 - Endoscopie

- Avant l'examen, enlever la housse plastique rouge pliée dans le bac de transport de l'endoscope et la déposer sur une surface propre

Procédure d'entretien dans la salle d'examen

Après l'examen

- Rincer l'endoscope avec 200 ml de Déconex ® 53 Instrument à 0.5 %
- Déconnecter l'endoscope
- Le déposer dans le bac de transport gris et adapter le bouchon d'étanchéité
- Eliminer les déchets à UU (godets, seringues, etc) dans sac à déchets urbains noir
- Enlever la blouse, les gants de protection et se désinfecter les mains
- Recouvrir le bac gris de la housse plastique rouge (code souillé)

- Mettre des gants de protection
- Procéder à la désinfection de la tour d'endoscopie avec la solution désinfectante pour surfaces

Etapes du nettoyage/désinfection avec lingettes Incidin®

1. Ecran avec lingettes Meliseptol®, support endoscope
2. Surfaces horizontales, plateaux, poignées, tiroirs
3. Surfaces verticales extérieures et intérieures
4. Raccord
5. Source lumineuse
6. Support LBA
7. Photos
8. Processeur vidéo

- Nettoyer toutes les surfaces latérales ainsi que la paroi postérieure et le câble d'alimentation électrique
- Enlever les gants et se désinfecter les mains.

De retour au centre d'endoscopie

- Déposer le bac gris recouvert de la housse pastique rouge en zone sale pour le retraitement de l'endoscope
- Se désinfecter les mains à la sortie de la zone sale et mettre des gants
- Désinfecter le plateau sur lequel le bac de transport a été entreposé
- Enlever les gants et se désinfecter les mains.

Nettoyage « à fond » du chariot 1x/mois (surfaces, tiroirs, roues)
Responsabilité : La planification de cet entretien est placée sous la responsabilité des cadres infirmiers du centre d'endoscopie

Chariot de gastro-entérologie
BH07 - Endoscopie

- Avant l'examen, enlever la housse plastique rouge pliée dans le bac de transport de l'endoscope et la déposer sur une surface propre

Procédure d'entretien dans la salle d'examen

Après l'examen

- Rincer l'endoscope avec 200 ml de Déconex ® 53 Instrument 0,5%
- Déconnecter l'endoscope
- Le déposer dans le bac de transport gris et adapter le bouchon d'étanchéité
- Eliminer les déchets à UU (godets, seringues, etc) dans sac à déchets urbains noir
- Enlever la blouse, les gants de protection et se désinfecter les mains
- Recouvrir le bac gris de la housse plastique rouge (code souillé)

- Mettre des gants de protection
- Procéder à la désinfection de la tour d'endoscopie avec la solution désinfectante pour surfaces:

Etapes du nettoyage/désinfection avec lingettes Incidin®

1. Ecran avec lingettes Meliseptol®, support endoscope
2. Surfaces horizontales et verticales (soulever les appareils), plateaux, poignées, tiroirs
3. Processeur PENTAX + poignée
4. Bouteille air/eau (levier + embout)
5. Nébuleuse Aquajet + embout
6. Erbe + câbles + pédale si utilisé
7. Aquajet + pédale
8. Loge

- Nettoyer toutes les surfaces latérales ainsi que la paroi postérieur et le câble d'alimentation électrique
- Enlever les gants et se désinfecter les mains

De retour au centre d'endoscopie

- Déposer le bac gris recouvert de la housse pastique rouge en zone sale pour le retraitement de l'endoscope
- Se désinfecter les mains à la sortie de la zone sale et mettre des gants
- Désinfecter le plateau sur lequel le bac de transport a été entreposé
- Enlever les gants et se désinfecter les mains

Nettoyage « à fond » du chariot 1x/mois (surfaces, tiroirs, roues)
Responsabilité : La planification de cet entretien est placée sous la responsabilité des cadres infirmiers du centre d'endoscopie

Chariot d'urgence ORL pédiatrique
BH05/BOP (sortie urgences)

L'optique requise ainsi que les autres instruments pour l'examen seront enveloppés dans un champ vert au centre d'endoscopie pour se rendre au BH05 (protection lors du transport)

Procédure d'entretien dans la salle d'examen

Après l'examen

– **Eliminer les déchets à UU (godets, seringues, etc) dans sac à déchets urbains noir**

Endoscopes souples

- **Rincer l'endoscope avec 200 ml de Déconex® 53 Instruments à 0,5%**
- **Déconnecter l'endoscope et le déposer dans le bac gris**
- **Enlever les gants + blouse de protection et se désinfecter les mains**
- **Recouvrir le bac gris de la housse plastique rouge (code souillé)**

Endoscopes rigides

- **Mettre des gants de protection**
- **Envelopper le matériel rigide souillé (bronchoscope, œsophagoscope, …) dans un Moltex® et le déposer sur le bac de transport gris**
- **Enlever les gants et se désinfecter les mains**
- **Recouvrir le bac gris de la housse plastique rouge (code souillé)**
- **Mettre des gants de protection**
- **Procéder à la désinfection de la tour d'endoscopie (surfaces horizontales, verticales et câble d'alimentation électrique) avec la solution détergente/désinfectante (lingette Incidin®)**
- **Enlever les gants et se désinfecter les mains**

De retour au centre d'endoscopie

- **Déposer le bac gris recouvert de la housse pastique rouge en zone sale pour le retraitement de l'endoscope**
- **Se désinfecter les mains à la sortie de la zone sale**
- **Le matériel rigide est nettoyé/désinfecté dans la zone sale**

Nettoyage « à fond » du chariot 1x/mois (surfaces, tiroirs, roues)
Responsabilité : La planification de cet entretien est placée sous la responsabilité des cadres infirmiers du centre d'endoscopie

Chariot d'urgence ORL adulte

BH05/BOP (sortie urgences)

L'optique requise ainsi que les autres instruments pour l'examen seront enveloppés dans un champ vert au centre d'endoscopie pour se rendre au BH05 (protection lors du transport)

Procédure d'entretien dans la salle d'examen

Après l'examen

- **Eliminer les déchets à UU (godets, seringues, etc) dans sac à déchets urbains noir**

Endoscopes souples

- **Rincer l'endoscope avec 200ml de Déconex® 53 Instrument à 0,5%**
- **Déconnecter l'endoscope et le déposer dans le bac gris**
- **Enlever les gants + blouse de protection et se désinfecter les mains**
- **Recouvrir le bac gris de la housse plastique rouge (code souillé)**

Endoscopes rigides

- **Mettre des gants de protection**
- **Envelopper le matériel rigide souillé (bronchoscope, œsophagoscope, …) dans un Moltex® et le déposer sur le bac de transport gris**
- **Enlever les gants et se désinfecter les mains**
- **Recouvrir le bac gris de la housse plastique rouge (code souillé)**
- **Mettre des gants de protection**
- **Procéder à la désinfection de la tour d'endoscopie (surfaces horizontales, verticales et câble d'alimentation électrique) avec la solution détergente/désinfectante (lingette Incidin®)**
- **Enlever les gants et se désinfecter les mains**

De retour au centre d'endoscopie

- **Déposer le bac gris recouvert de la housse pastique rouge en zone sale pour le retraitement de l'endoscope**
- **Se désinfecter les mains à la sortie de la zone sale**
- **Le matériel rigide est nettoyé/désinfecté dans la zone sale**

Nettoyage « à fond » du chariot 1x/mois (surfaces, tiroirs, roues)
Responsabilité : La planification de cet entretien est placée sous la responsabilité des cadres infirmiers du centre d'endoscopie